

Протокол № 59
об итогах закупок способом запроса ценовых предложений

г. Нур-Султан

14 часов 30 минут
«08» ноября 2021 года

1. Организатор закупок ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, находящееся по адресу: г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой, 28 провел закупки в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с требованиями Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила).

2. Обоснование применения государственных закупок способом запроса ценовых предложений - необходимость исполнения требований главы 9 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила).

1. Наименование, краткое описание лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг:

Указано в приложении № 1 к протоколу (Прилагается).

2. Заявку на участие в закупках «Расходный материал для медицинской техники» способом запроса ценовых предложений в установленный срок представили следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес	Дата регистрации потенциального поставщика
1	ТОО «Новомед КЗ»	г.Нур-Султан, ул.Бокейхан, 27/1, НП-1	01.11.2021 – 14.14

3. Ценовые предложения представили следующие потенциальные поставщики:

- ТОО «Новомед КЗ», г.Нур-Султан, ул.Бокейхан, 27/1, НП-1:

Указано в приложении № 2 к протоколу (Прилагается).

4. В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.
5. При вскрытии объявления присутствовали следующие потенциальные поставщики – отсутствовали:
6. В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа
7. Комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА:

- Признать выигравшим ценовое предложение по лоту № 2 - потенциального поставщика ТОО «Новомед КЗ», г.Нур-Султан, ул.Бокейхан, 27/1, НП-1, согласно пункту 112, главы 10, в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, на общую сумму – 1 045 000 тенге 00 тиын (один миллион сорок пять тенге ноль тиын);
 - Признать закуп по лоту №1 способом запроса ценовых предложений несостоявшимся, ввиду отсутствия ценовых предложений.
8. Заказчику – ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, 010000, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. А. Молдагуловой 28 - заключить договора в течение пяти рабочих дней со дня получения от поставщиков документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, согласно пункту 102 главы 9 Правил.

Председатель:

Ким Николай Ардальонович

- Руководитель по клинической службе,



Члены комиссии:

Куанышбаева Алия Муратовна

- Руководитель сестринской службы;



Касенова Дина Ахметовна

- Заведующая аптекой;



Секретарь комиссии:

Абдушев Даулетбек Серикович

- Менеджер по государственным закупкам.



№ п/п	Наименование товара	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Срок поставки
1	Датчик кислорода	1. Диапазон измерений: от 0 до 100 % кислорода при атмосферном давлении 2. Номинальный срок службы датчика: не менее 500 000% кислородных часов по объему 3. Выходное напряжение в окружающей среде: от 9 мВ до 13 мВ 4. Электрический интерфейс: 3-х пиновый 5. Точность: должна соответствовать требованиям ISO 80601-2:55 6. Рабочая температура: от 0° С до 50°С 7. Диапазон давления: от 0.6 бар до 2 бар 8. Рабочая влажность: от 0% до 99% относительной влажности без конденсации 9. Температура хранения: от -20°С до 50°С 10. Время прогрева: не более 30 минут после замены сенсора 11. Долгосрочный дрейф выхода кислорода: Не более 1% объема кислорода в месяц 12. Не более 15% в течение срока службы	штука	33	62 895,00	2 075 535,00	в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года
2	Кислородный датчик	Диапазон измерения: От 0% до 100% O2 Точность калибровки: ± 1% Линейность: ± 3% Дрейф показателей при длительном хранении: <1% volume oxygen hours в месяц или <15% относительно всего срока службы Время прогрева: <30 минут после замены датчика Время отклика 90% <12 секунд Температурная компенсация: NTC Влажность: без конденсации Относительная влажность: от 0% до 99% Срок службы: ≥ 1,000,000% volume oxygen hours Для аппаратов HAMILTON-C3 (396200)	штука	11	100 500,00	1 105 500,00	в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года

Председатель:
Ким Николай Ардадьевич

Члены комиссии:
Кулашбаева Алия Муратовна

Касенова Дина Ахметовна

Секретарь комиссии:
Абдушев Даудетбек Серикович

Руководитель по клинической службе

Руководитель сестринской службы

Заведующая аптекой

Менеджер по государственным закупкам

№ п/п	Наименование товара	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	ТОО "Новомед КЗ"
							Цена
1	Датчик кислорода	1. Диапазон измерений: от 0 до 100 % кислорода при атмосферном давлении 2. Номинальный срок службы датчика: не менее 500 000% кислородных часов по объему 3. Выходное напряжение в окружающей среде: от 9 мВ до 13 мВ 4. Электрический интерфейс: 3-х пиновый 5. Точность: должна соответствовать требованиям ISO 80601-2-55 6. Рабочая температура: от 0° С до 50°С 7. Диапазон давления: от 0,6 бар до 2 бар 8. Рабочая влажность: от 0% до 99% относительной влажности без конденсации 9. Температура хранения: от -20°С до 50°С 10. Время прогрева: не более 30 минут после замены сенсора 11. Долгосрочный дрейф выхода кислорода: Не более 1% объема кислорода в месяц 12. Не более 15% в течение срока службы	штука	33	62 895,00	2 075 535,00	
2	Кислородный датчик	Диапазон измерения: От 0% до 100% O2 Точность калибровки: ± 1% Линейность: ± 3% Дрейф показателей при длительном хранении: <1% volume oxygen hours в месяц или <15% относительно всего срока службы Время прогрева: <30 минут после замены датчика Время отклика 90%: <12 секунд Температурная компенсация: NTC Влажность: без конденсации Относительная влажность: от 0% до 99% Срок службы: ≥ 1,000,000% volume oxygen hours Для аппаратов HAMILTON-C3 (396200)	штука	11	100 500,00	1 105 500,00	95000

Председатель:

Ким Николай Ардамонович

Члены комиссии:

Кушанбаева Алия Муратовна

Касенова Дина Ахметовна

Секретарь комиссии:

Абдушев Давлетбек Серикович

Руководитель по клинической службе

Руководитель сестринской службы

Заведующая аптекой

Менеджер по государственным закупкам