

Протокол № 2
об итогах закупок медицинских изделий
способом из одного источника

г. Астана

10 часов 00 минут
«05» января 2025 года

Организатор закупок ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана, находящееся по адресу: г. Астана, ул. А. Молдагуловой, 28 провел закупки в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с требованиями главы 4 Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее – Правила), утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).

Обоснование применения осуществления закупок способом из одного источника - необходимость исполнения требований подпункта 3, пункта 83, Главы 4 Правил.

1. Наименование, краткое описание лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг:
2. *Указано в приложении № 1 к протоколу (Прилагается).*
3. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, которые предоставили документы на приглашение из одного источника:

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес	Дата регистрации потенциального поставщика
1	ТОО "SUNMEDICA" (САНМЕДИКА)	г.Алматы, ул.Кунаева 21Б, офис 75	30.12.2024 – 15:25

4. Комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования **РЕШИЛА:**

- 1) Признать ценовые предложения ТОО "SUNMEDICA" (САНМЕДИКА) соответствующие требованиям, установленным пунктами 8 и 9, 11 настоящих Правил;
- 2) Признать выигравшим ценовое предложение по лоту № 1-2 - потенциального поставщика ТОО "SUNMEDICA" (САНМЕДИКА), г.Алматы, ул.Кунаева 21Б, офис 75, на общую сумму – 5 392 300 тенге 00 тиын (Пять миллионов триста девяносто два тысячи триста тенге ноль тиын);
- 3) Заказчику – закупкам ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана, находящееся по адресу: г. Астана, ул. А. Молдагуловой, 28 - заключить договора в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов способом из одного источника, направить потенциальным поставщикам подписанные договора о закупке, составляемые по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения, согласно Правил.

Председатель:

Ксанова Жанар Мухтарбековна

Заместитель директора по клинической службе;

Члены комиссии:

Куанышбаева Алия Муратовна

Руководитель сестринской службы;

Жорабаева Инкар Муратовна

Юрист

Секретарь

Абдушев Даулетбек Серикович

Менеджер по государственным закупкам

№ п/п	Наименование товара	Техническое описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	ОО "SUNMEDICA" (САНМЕДИКА)
1	Дыхательный контур реанимационный гладкостенный 1,2м, для новорожденных, с обогревом (один провод), с влагосборником, с дополнительным шлангом дыхательным 0,8м, с камерой увлажнителя для аппаратов Draeger - Babylog 8000 в комплекте с адаптером электрическим для увлажнителей MR 850, фильтром на 168ч для защиты аппарата.	Контур дыхательный неонатальный, с активным увлажнением, с высокочастотной вентиляцией и подачи оксида азота, внутренний диаметр шлангов 10мм, длина 1,2м, шланги с цветовой индикацией входа/выхода, шланги гладкостенные, с автоматической камерой увлажнения - рабочий объем 350мл (эффективный объем 50-300мл), применимы при давлении до 180см H2O и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием дна, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22м, с градуировкой минимум максимум, с поплавковым клапаном дозирования, с системой устройства ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноориентированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с проводом обогрева в канале вадеа и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электронагревом, портами 7,6мм (на соединителе, шланге вадеа, на Y-образном жестком уголовом соединителе на пациента). Y-образный соединитель снабжен внутренней защитной заглушкой, с разборным саморегулирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с жесткими соединителями 15М на аппарат, с дополнительным шлангом 0,2м и комплектом принадлежностей для подачи смеси азота в составе: соединители 22М-22F и 10М-10F с портами 7,6мм с термокрышкой, соединители 10М-15М - 2шт., дополнительный гладкостенный шланг 10мм с термокрышкой и 10F длиной 0,4м, угловой порт Дуер Лок под порт 7,6мм - 2 шт. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 30 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. Каждая коробка снабжена адаптером электрическим для увлажнителей MR 850, фильтром на 168ч для защиты аппарата.	комплект	60	34 980,00	2 098 800,00	34 980,00
2	Дыхательный контур для взрослых, универсальный, реверсивный с антимикробной присадкой (содержание серебра 0,0180-0,0251%±0,0005%±0,0049%) 1,6м с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м, в комплекте с уходом за полостью рта: зубная ирригационно-аспирационная щетка, полимерная игла с расщепителем - 1 шт, фильтром на 168ч для защиты аппарата	Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Диаметр не более 22 мм. Длина не менее 1,6м. Сопротивление контура при потоке 60 л/мин не более 1,2 мбар, комплекс не более 6,2 мл/мбар/м, утечка не более 4,6 мл/мин. Контур с двумя разборными влагосборниками, с клапанами поворотного типа (не более 15 град), обеспечивающих герметичность контура при снятой кобле при любом положении влагосборника. Контур равнополочный - влагосборники установлены между двумя равными шлангами длиной не менее 0,8 м. Объем коблы влагосборника не менее 70 мл. Шланги контура соединены на Y-образном параллельном соединителе 22М-22М/15F с портами 7,6±5% мм с герметизирующими заглушками. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибом для держателя шлангов. В составе контура дополнительный шланг длиной не менее 0,8 м. Соединительные размеры коннекторов шлангов на аппарат и камеру увлажнителя 22F. Масса контура брутто не более 400 г. Принадлежности: соединители 22М-22М - 2 шт. Материал: полиэтилен (с введением в раствор ионы серебра с равномерным распределением по объему, содержание серебра 0,0180-0,0251%±0,0005%±0,0049%), без латекса. Что подтверждено независимыми лабораториями по месту производства продукта. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике 15 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. Упаковка снабжена фильтром на 168 ч и набором уход за полостью рта.	комплект	250	13 174,00	3 293 500,00	13 174,00

Условия платежа - за фактически поставленный товар в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара согласно счет-фактуре и расходной накладной.
Условия и срок поставка товара - В течение 2025 года, равными долями, ежемесячно, в течении 15 календарных дней после заявки Заказчика
Место поставки - г.Астана, ул. Әлия Молдагулова 26, секция АТК

Председатель:

Ксанова Жанар Мухтарбековна

Члены комиссии:

Куанышбаева Алия Муратовна

Жорбабаева Инкар Муратовна

Секретарь

Абдушев Даулетбек Серикович

Заместитель директора по клинической службе

Руководитель сестринской службы;

Юриг

Менеджер по государственным закупкам