

Протокол № 6
об итогах закупок способом запроса ценовых предложений

Астана

11 часов 30 минут
«10» января 2025 года

1. Организатор закупок ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана, находящееся по адресу: г. Астана, ул. А. Молдагуловой, 28 провел закупки в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи - в соответствии с требованиями Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).

2. Обоснование применения государственных закупок способом запроса ценовых предложений - необходимость исполнения требований главы 10 Правил.

1. Наименование, краткое описание лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг:

Указано в приложении № 1 к протоколу (Прилагается).

2. Заявку на участие в закупках «Медицинские изделия для вакуум-экстрактора ATMOS S 351 NATAL» способом запроса ценовых предложений в установленный срок представили следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес	Дата регистрации потенциального поставщика
1	ТОО "ОрдаМед Астана"	г.Астана, р-н Есиль, ул.Сыганак, дом 58/1, н.п.6	06.01.2025 – 11:33

3. Ценовые предложения представили следующие потенциальные поставщики:

- ТОО "ОрдаМед Астана", г.Астана, р-н Есиль, ул.Сыганак, дом 58/1, н.п.6;

Указано в приложении № 2 к протоколу (Прилагается).

4. В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.
5. При вскрытии объявления присутствовали следующие потенциальные поставщики – отсутствовали;
6. В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 78 настоящих Правил, заказчик или организатор закупок принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупок.
7. Комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА:
8. Признать выигравшим ценовое предложение по лоту № 1-9 - потенциального поставщика ТОО "ОрдаМед Астана", г.Астана, р-н Есиль, ул.Сыганак, дом 58/1, н.п.6, согласно пункту 78, главы 3, в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, на общую сумму – 4 512 450 тенге 00 тиын (Четыре миллиона пятьсот двенадцать тысяч четыреста пятьдесят тенге ноль тиын);
9. Заказчику – ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана, 010000, г. Астана, район Сарыарка, ул. А. Молдагуловой 28 - заключить договора в течение трех календарных дней со дня получения от поставщиков документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, согласно пункту 81 главы 3 Правил.

Председатель:

Ксанова Жанар Мухтарбековна

Члены комиссии:


Куанышбаева Алия Муратовна

Жорабаева Инкар Муратовна

Секретарь комиссии:

Абдушев Даулетбек Серикович

 - Заместитель директора по клинической службе;

 - Руководитель сестринской службы;

 - Юрист;

 - Менеджер по государственным закупкам.

№ п/п	Наименование товара	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Экстракционная чаша, Ø 60 мм, силиконовая, автоклавируемая	Экстракционная чашка, предназначенная для родовспоможения, вакуумэкстракции плода. Чаша изготовлена из медицинского силикона. Диаметр – 60 мм. Автоклавируется при 134°C. Материал изготовления – силикон. Изнутри чаша покрыта небольшими выступами, 1 мм высотой и 4 мм диаметром, которые находятся на расстоянии 3-5 мм друг от друга. Выступы позволяют плотное откачивать воздух между чашей и головкой ребенка и обеспечивают плотное прилегание чаши к голове ребенка. Мягкая чаша повторяет форму головы, обеспечивая тем самым отличную адгезию и снижая до минимума травматизм кожи головы плода. Чаши имеют расчетный срок эксплуатации 2 года или 60 циклов обработки, в зависимости от того, что достигается раньше.	штука	2	515 970	1 031 940,00
2	Чаша для экстракции, Ø 50 мм	Металлическая чаша для экстракции плода должна состоять из: - Опорная пластина с цепью. Должна располагаться внутри самой чаши. - Поперечная рукоятка с держателем – наличие - Стопорный штифт – наличие, к нему прикреплена цепь от опорной пластины. - Шланг, прочный, через должна проходить цепь и прикрепляться к стопорному штифту. - Экстракционная чаша или вытяжной стакан должен быть из нержавеющей стали, круглая, диаметр 50 мм. Сила тяги: не менее 80 кг Вакуумная стабильность: не хуже 0-100 кПа Требования к насосу: не менее 20 л/мин; 90кПа; Вес: не более 140 г Класс соотв. Не хуже до 93/42/ЕЭС: II а UMDNS-код: экстракционный стакан (14-317) Всасывающая трубка (16-779) Условия окружающей среды: -10...+60°C; 10...100 % отн. влажность; 710...1060кПа Чаша для экстракции не должна содержать опасных материалов. Дезинфицируется, стерилизуется при не более 134 градусах.	штука	1	696 150	696 150,00

3	Чаша для экстракции, Ø 60 мм	Металлическая чаша для экстракции плода должна состоять из: - Опорная пластина с цепью. Должна располагаться внутри самой чаши. - Поперечная рукоятка с держателем – наличие - Стопорный штифт – наличие, к нему прикреплена цепь от опорной пластины. - Шланг, прочный, через должна проходить цепь и прикрепляться к стопорному штифту. - Экстракционная чаша или вытяжной стакан должен быть из нержавеющей стали, круглая, диаметр 60 мм. Сила тяги: не менее> 80 кг Вакуумная стабильность: не хуже 0-100 кПа Требования к насосу: не менее> 20 л/мин; 90кПа; Вес: не более 140 г Класс соотв. Не хуже до 93/42/ЕЭС: II а UMDNS-код: экстракционный стакан (14-317) Всасывающая трубка (16-779) Условия окружающей среды: -10...+60°C; 10...100 % отн. влажность; 710...1060кПа Чаша для экстракции не должна содержать опасных материалов. Дезинфицируется, стерилизуется при не более 134 градусах.	штука	1	696 150	696 150,00
4	DDS-антибактериальный фильтр для емкости с секретом, шт	Антибактериальный фильтр для защиты от переноса, загрязнения	штука	2	31 950	63 900,00
5	Шланг	Силиконовый шланг не более 1,5 м	штука	10	32 760	327 600,00
6	Переходник для шланга	Обеспечивает плотное соединение шлангов (диаметром 6 мм)	штука	10	23 420	234 200,00
7	Емкость поликарбонатная	Емкость аспиратора для родовспоможения (вакуумэкстракции) Для функции вакуум-экстракции необходимо использовать ёмкость для секрета (1,5 л), для создания вакуума без задержки, моментально Градированная ёмкость для секрета 1,5 л. Высота 192 мм. Внешний радиус 115 мм. Материал изготовления – поликарбонат, ударопрочное Ёмкость для секрета подвергается обработке в автоклаве (до 136° С).	штука	1	95 550	95 550,00
8	Крышка	Крышка изготовлена из медицинского пластика, имеет отверстие для установки антибактериального фильтра, рукоятка, защита от разбрызгивания.	штука	2	402 680	805 360,00
9	Вставной ниппель	Сдвоенный вставной ниппель для крышки ёмкости	штука	2	280 800	561 600,00

Срок поставки - В течении 2025 года, равными долями, ежемесячно, в течении 15 календарных дней после заявки Заказчика.
Адрес поставки – г.Астана, ул.А.Молдагуловой, 26, склад аптеки.

Председатель:

Ксанова Жанар Мухтарбековна


Члены комиссии:

Куанышбаева Алия Муратовна

Жорабаева Инкар Муратовна

Секретарь комиссии:

Абдушев Даулетбек Серикович



Заместитель директора по клинической службе



Руководитель сестринской службы



Юрист



Менеджер по государственным закупкам

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	ТОО "ОрдаМед Астана"
						Цена
1	Экстракционная чаша, Ø 60 мм, силиконовая, автоклавируемая	штука	2	515 970	1 031 940,00	515 970
2	Чаша для экстракции, Ø 50 мм	штука	1	696 150	696 150,00	696 150
3	Чаша для экстракции, Ø 60 мм	штука	1	696 150	696 150,00	696 150
4	DDS-антибактериальный фильтр для емкости с секретом, шт	штука	2	31 950	63 900,00	31 950
5	Шланг	штука	10	32 760	327 600,00	32 760
6	Переходник для шланга	штука	10	23 420	234 200,00	23 420
7	Емкость поликарбонатная	штука	1	95 550	95 550,00	95 550
8	Крышка	штука	2	402 680	805 360,00	402 680
9	Вставной ниппель	штука	2	280 800	561 600,00	280 800

Председатель:

Ксанова Жанар Мухтарбековна

Члены комиссии:

Куанышбаева Алия Муратовна

Жорабаева Инкар Муратовна

Секретарь комиссии:

Абдушев Даулетбек Серикович

Заместитель директора по клинической службе

Руководитель сестринской службы

Юрист

Менеджер по государственным закупкам